

## 見積書提出のご案内

最低見積額提出者より物品を納入いただきたく、下記のとおり見積書の提出を受け付けますのでご案内いたします。

令和2年12月1日

新潟市病院事業管理者 片柳 憲雄

### 1 概要

(1) 品名	ベッドサイドモニタ
(2) 品質・規格・数量など	仕様書のとおり
(3) 契約の条項を示す場所	新潟市民病院事務局管理課
(4) 見積書提出期限・提出先	令和2年12月8日 午後3時まで 新潟市民病院事務局管理課用度グループ
(5) 履行期限・履行場所	令和3年2月10日 新潟市民病院 臨床工学科

### 2 見積書提出資格要件

- (1) 上記日付現在、本市の競争入札参加資格者名簿(物品)に登載されており、かつ、新潟市内に本店、支店又は営業所がある者
- (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者
- (3) 指名停止措置を受けていない者
- (4) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の別表2の9(暴力的不法行為)の規定に該当しない者

【担当】

管理課用度グループ 梁取

## 「ベッドサイドモニタ」仕様書

### 1 見積書提出条件

#### (1) 品名・仕様及び数量

見積書提出の指定物品は下記のとおりとする。

メーカー等	品名・型式・機能等	品番	数量
日本光電工業	ベッドサイドモニタ	PVM-4763	1式
	内訳)		
	ベッドサイドモニタ	PVM-4763-Q20	1
	送信機	ZS-600P	1
	ホルダ	DI-471P	1
	架台	KC-470P	1
	アダプタ	DH-470P	1
	フック	DZ-470P	1
	バッテリーパック	SB-470P	1
	フィンガープローブ TL-201T2	P225F	1
	血圧中継コード	L901	1

※設置調整費含む

※レコーダモジュール WS-470P 組込み品・送信機あり

※iNIBP 対応, 不整脈解析機能付き, マルチコネクタ×2ポート

※観血血圧測定可, 外部出力機能は含まず

※ECG・SP02・NIBP・電源ケーブル付属

#### (2) 保守体制

##### ①保守体制

通常の使用で発生した故障の修理を実施できる体制であること。

##### ②支援体制

土曜・日曜・祝日及び12月29日から1月3日までの期間を除き, 年間を通じて午前9時から午後5時までの間において連絡ができる体制であり, 障害時において復旧のため連絡を受けた翌日(翌日が土曜・日曜・祝日及び12月29日から1月3日にあたるときはその翌日)に現場にて対応ができる体制であること。

##### ③保証期間

納入検査確認後, 1年間は通常の使用により故障した場合, 無償修理に応じること。

### 2 設置条件

- (1) 実際の納入期日までにモデルチェンジ等により, 対象物品を導入することができなくなった場合には, 病院側と協議の上後継機種を納入すること。