

見積書提出のご案内

最低見積額提出者より物品を納入いただきたく、下記のとおり見積書の提出を受け付けますのでご案内いたします。

令和3年12月24日

新潟市病院事業管理者 大谷 哲也

1 概要

(1) 品名	臨床化学分析装置
(2) 品質・規格・数量など	仕様書のとおり
(3) 契約の条項を示す場所	新潟市民病院事務局管理課
(4) 見積書提出期限・提出先	令和4年1月12日 午後3時まで 新潟市民病院事務局管理課用度グループ
(5) 履行期限・履行場所	令和4年3月31日 新潟市民病院 臨床検査科

2 見積書提出資格要件

- (1) 上記日付現在、本市の競争入札参加資格者名簿(物品)に登載されており、かつ、新潟市内に本店、支店又は営業所がある者
- (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者
- (3) 指名停止措置を受けていない者
- (4) 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の別表2の9(暴力的不法行為)の規定に該当しない者

【担当】

管理課用度グループ 渡辺

臨床化学分析装置 仕様書

1 見積書提出条件

(1) 品名・仕様及び数量

見積書提出の指定物品は下記のとおりとする。

メーカー等	品名・型式・機能等	品番	数量
日本光電工業	臨床化学分析装置		1 式
	内訳)		
	臨床化学分析装置	CHM-4100	1
	シリアルケーブル(D9-D9 クロス)	YZ-0323	1
	ハンディパーコートリーダー	ZK-820V	1
	セルタックケミ CRP4 CR-410V	T559	1
	セルタックケミ リンス RN-410VC	T561A	1
	CHM 洗浄液キット	T438X	1
	設置調整費		1

(2) 保守体制

①保守体制

通常の使用で発生した故障の修理を実施できる体制であること。

②支援体制

土曜・日曜・祝日及び12月29日から1月3日までの期間を除き、年間を通じて午前9時から午後5時までの間において連絡ができる体制であり、障害時において復旧のため連絡を受けた翌日（翌日が土曜・日曜・祝日及び12月29日から1月3日にあたる時はその翌日）に現場にて対応ができる体制であること。

③保証期間

納入検査確認後1年間は通常の使用により故障した場合、無償修理に応じること。

2 設置条件

実際の納入期日までにモデルチェンジ等により、対象物品を導入することができなくなった場合には、病院側と協議の上後継機種を納入すること。