

令和 7 年 8 月 2 1 日

質疑回答書

1 番号 病第 2 0 2 5 0 2 1 号

2 品名 超音波画像診断装置

質疑事項	回答
・仕様書内にネットワーク作業が入っておりますが、設置場所・使用箇所を限定してください。 ・接続については無線 LAN もしくは有線 LAN を指定してください。 また、有線 LAN の場合は情報コンセントを固定してください。	血液浄化治療室です。 無線 LAN です。