

質 疑 回 答 書

1 公告番号 新潟市民病院公告第22号

2 件 名 超音波画像診断装置

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
<ul style="list-style-type: none">・(2)対象機器(参考銘柄)及び構成内訳のメーカーはコニカミノルタジャパン株式会社で相違ございませんでしょうか。	<ul style="list-style-type: none">・仕様書の記載に誤りがありました。コニカミノルタジャパン株式会社が正しいです。
<ul style="list-style-type: none">・技術要件③のトラックボールは必須でしょうか。トラックボールの備えは無くタッチコントロール式でもよろしいでしょうか。	<ul style="list-style-type: none">・タッチコントロール式も可とします。
<ul style="list-style-type: none">・技術要件⑦ID入力時入力手段についてバーコードリーダーのみの対応でもよろしいでしょうか。	<ul style="list-style-type: none">・バーコードリーダーのみの対応も可とします。
<ul style="list-style-type: none">・品名に記載がありませんが、超音波診断装置1台につきエコーガイド下穿刺で使用する長軸方向用ガイドアタッチメントブラケット及び穿刺時に使用する消耗品のニードルガイドの付属は必須でしょうか。	<ul style="list-style-type: none">・長軸方向用ガイドアタッチメントブラケット及び穿刺時に使用する消耗品のニードルガイドの付属は必須です。